

## 의료기기 회수에 관한 공표

의료기기법 제 31 조 및 제 34 조 규정에 따라 아래의 의료기기에 대하여 회수함을 공표합니다.

가. 회수의무자(연락처) : 지멘스헬시니어스(주) (Tel. 080-022-2585)

나. 회수대상의료기기 : 거치형디지털식순환기용 엑스선투시진단장치

다. 위해성 정도 : 의료기기법 시행규칙 제 52 조의 2 제 2 항제 3 호의 의료기기

라. 제조일자 또는 사용기한 : 해당 무.

마. 제조번호 : 131254

바. 회수사유 : 본 건은 영업자(자발적) 회수보고로, 국내에 발생하지 않은 문제를 예방하기 위한 안내문 전달 및 부품교체 조치 안내입니다. 발전기 내 일부 전자 부품에 잘못된 보호 다이오드가 장착되어 과전압으로부터 적절히 보호되지 않을 수 있습니다. 과전압 발생 후 적절한 보호가 없는 경우 전자 부품이 손상될 수 있으며, 시스템이 제대로 작동하지 않을 가능성이 있습니다.

사. 회수방법 : 이와 관련하여 국내에서 발생한 사례는 없으나, 고객안내문을 배포하고 발전기의 영향을 받는 인쇄 회로 기판을 교체하여 관련 문제를 해결할 예정입니다.

아. 회수시작일 : 2020.10.23

자. 공표자료 작성연월일 : 2020.10.26

※ 해당 회수대상의료기기를 보관하고 있는 판매업체 및 의료기관 등에서는 판매, 사용 여부 또는 회수 등을 위하여 지멘스헬시니어스(주)에 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다.